

"Ölçmə vasitələrinin kalibrənməsi işlərini yerinə yetirmək,
kalibrənmə haqqında sertifikat vermək və ya kalibrənmə
nişanı vurmaq hüququnun verilməsi Qaydası və
kalibrənmə işlərinin yerinə yerilməsinə dair Tələblər"

2 nömrəli əlavə

"Azərbaycan Metrologiya İnstitutu" PHŞ-ın kalibrənmə
laboratoriyaları
(sertifikatı verən təşkilatın adı)

Kalibrənmə sertifikatı :
Calibration certificate :

KS0000055/25

Müəssisənin adı :

Owner of the enterprise :

"AKTİV ENERJİ" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti

Ölçmə vasitəsinin adı :

The name of the measurement instruments :

Multimetr

Ölçmə vasitəsinin tipi :

Type of the measurement instruments :

Fluke 1587

Ölçmə vasitəsinin istehsal edən ölkə :

The instruments of measurement producing country :

ABŞ

Zavod (seriya) nömrəsi :

The plant (serial) number :

57820190

Kalibrənmə tarixi :

Date of calibration :

25-02-2025

Kalibrənmənin ölçmə vasitəsinin təsdiqi :

Affirmation of the calibration measurement instruments :

002936

Sertifikatın səhifə sayı :

Page number of the certificate :

3

Ölçmənin nəticəsi və yoxlama metodu ilə sertifikatın tamamlayıcı hissəsi sonrakı səhifədə verilmişdir

Result of the measurement and method of the checking with complete part of the certificate have been given in the next page :

Möhür
Seal

DDİ
The state stamp track

Kalibrənməni aparan şəxs
The Calibration Person

Laboratoriya müdiri
Head of the laboratory

Aqil Salman Hüseyn
(ad/name, atasının adı/middle name,
soyadı/surname)

Rasim Əhməd Bayramov
(ad/name, atasının adı/middle name,
soyadı/surname)

Növbəti kalibrənmə tarixi :

Date of next calibration:

25 Fevral 2026

Sertifikat verən orqanın ünvanı və telefon nömrəsi :

Address and the telephone number of the given certificate organ :

AZ1029, Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, E.İsaqzadə yaşayış sahəsi, 7-ci Köndələn küçəsi,
994125149605



Ω (500 V)

Diapazon	Kalibrnlənmə nöqtəsi	Orta qiymət	Mütləq xəta	Genişləndirilmiş q/müəyyənlik
10 kΩ	10,0000000 kΩ	10,0107 MΩ	0,0107 MΩ	10 Ω
10 MΩ	10,0000000 MΩ	10,029 MΩ	0,029 MΩ	10 kΩ
20 MΩ	20,0000000 MΩ	20,035 MΩ	0,035 MΩ	10 kΩ

Ω (1000 V)

Diapazon	Kalibrnlənmə nöqtəsi	Orta qiymət	Mütləq xəta	Genişləndirilmiş q/müəyyənlik
10 kΩ	10,0000000 kΩ	10,0106 MΩ	0,0106 MΩ	10 Ω
10 MΩ	10,0000000 MΩ	10,029 MΩ	0,029 MΩ	10 kΩ
20 MΩ	20,0000000 MΩ	20,034 MΩ	0,034 MΩ	10 kΩ

V (DC)

Diapazon	Kalibrnlənmə nöqtəsi	Orta qiymət	Mütləq xəta	Genişləndirilmiş q/müəyyənlik
40 V	40,00000000 V	40,027 V	0,027 V	11 mV
80 V	80,00000000 V	80,047 V	0,047 V	11 mV
200 V	200,0000000 V	200,23 V	0,23 V	84 mV
600 V	600,0000000 V	600,53 V	0,53 V	83 mV